


FOLDY



200 Kg



Ausgabe 07/2015:

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der auszugsweisen oder kompletten Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma HMS-VILGO (außer zum persönlichen Nutzen des Benutzers).

HMS-VILGO aktualisiert regelmäßig die Informationen dieser Anleitung. Änderungen werden in die Neuauflagen mit einbezogen. Die Firma HMS-VILGO kann dafür in keiner Weise verantwortlich gemacht werden.

Hinweis:

Die Fotos in dieser Bedienungsanleitung sind nicht vertraglich.

HMS-VILGO hält sich das Recht vor jederzeit die dargestellten Produkte zu ändern.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINES	Seite 4
2. PRODUKTINFORMATION	Seite 4-7
2.1. Einsatz des <i>Foldy</i>	
2.2. Allgemeine Beschreibung	
2.3. Technische Daten	
2.4. Abmessungen	
2.5. Produktkennzeichnung	
3. MONTAGE DES FOLDY	Seite 7-14
3.1. Lieferumfang, erste Inbetriebnahme	
<i>Abtrennbare Seiten :</i>	
EMPFOHLENE WARTUNGSHINWEISE	Seite 9
BERECHNUNG DER EINSATZANZAHL	Seite 10
WARTUNGSTABELLE	Seite 11
ERSATZTEILE	Seite 12
3.2. Montage des <i>Foldy</i> (Seite 13)	
3.3. Anschlüsse	
4. BEDIENUNG	Seite 14-17
4.1. Inbetriebnahme	
4.2. Bedienung des <i>Foldy</i>	
4.3. Sicherheit	
4.4. Kontrollboxbetrieb, Aufladen der Batterien	
4.5. Lagerung	
5. WARTUNG UND PFLEGE	Seite 17-18
5.1. Wöchentliche Wartung	
5.2. Jährliche Wartung	
5.3. Lebensdauer	
5.4. Garantie	
5.5. Entsorgung	

1. ALLGEMEINES



Vor jeglicher Benutzung

- 1- die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen : sie erklärt wie mit dem Foldy richtig gearbeitet wird und muss dem Bedienungspersonal zugänglich sein.
- 2- den Foldy reinigen und desinfizieren (s. Kapitel 5)
- 3- den Foldy ans Stromnetz anschließen (s. Kapitel 4.5)
- 4- das richtige Funktionieren aller Funktionen überprüfen

Der *Foldy* darf nur durch qualifiziertes Personal bedient werden, das die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.

Während des Bedienens muss eine kompetente Person anwesend sein, die im Störfall den Patienten absichern kann.

Das Arbeiten mit dem *Foldy* setzt die strenge Einhaltung der Wartungshinweise im Kapitel "Wartung" voraus. Bei Verdacht einer Funktionsstörung des *Foldy* sollte vor der Benutzung ein Techniker des Kundenservices von HMS-VILGO zu Rate gezogen werden.

Das Nichteinhalten dieser Hinweise befreit HMS-VILGO von jeglicher Haftung im Störfall, die den *Foldy* in Frage stellt.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle notwendigen technischen Informationen zur richtigen Benutzung des Produktes, die von HMS-VILGO sorgfältig ausgearbeitet wurden. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eventuelle Fehler oder Unterlassungen können die Haftbarkeit von HMS-VILGO nicht in Frage stellen.

2. 2. PRODUKTINFORMATIONEN ZUM FOLDY


2.1. EINSATZ

Der Patientenlifter *Foldy* dient zum Patiententransfer

- während des Krankenaufenthaltes zu Hause, zwischen Pflegebett, Toiletten- oder Rollstuhl,
- innerhalb eines Pflegeheimes
- oder eines Altenwohnheimes

Er darf auf keinen Fall im Freien benutzt werden oder auf einer unebenen Fläche, die den *Foldy* während des Patiententransfers aus dem Gleichgewicht bringt (Neigung > 5°)

2.2. DESCRIPTION GENERALE



2.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Material:	Stahl
Ausführung:	Epoxy-Beschichtung
Schutzklasse:	I
Gewicht	46 kg

Maximales Patientengewicht: 200 kg

Elektrische Ausrüstung zugelassen gemäß NF EN 60 601-1 und NF EN 60 601-2


Periodischer Betrieb:	2 min./18 min. (10%)
Nennspannung:	230V ~ 50 HZ
Stromversorgung:	24 V CC
Batterieaufladezeit:	15 h
Arbeitsleistung::	ca. 40 Anhebungen ohne Batterieladen
Protection de l'équipement électrique :	Handbedienung: IP X6 Kontrollbox: IP X4 Motor: IP X4

2.4. ABMESSUNGEN



Abmessungen der Basis



1 - äußere max. Länge Fahrgestell:	1110 mm
2 - innere max. Länge Fahrgestell:	830 mm
3 - Mindestabstand:	520 mm
4 - Maximaler Abstand:	650 mm
5 - Mindestabstand:	950 mm
6 - Maximaler Abstand:	1070 mm
7 - Abstand zum Boden:	25 mm
8 - Maximale Höhe vorne:	110 mm
9 - Maximale Höhe hinten:	150 mm



Ecart Reichweite / Hebebereich / Außenmaße:

1 - Reichweite bei der höchsten Position des ZAP:	730 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1070 mm
3 - maximale Höhe des ZAP:	1960 mm
4 - minimale Höhe des ZAP :	890 mm
5 - Höhe des ZAP bei maximaler Tragweite:	1330 mm
6 - Reichweite bei Mindesthöhe des ZAP:	900 mm
7 - Maximale Reichweite:	960 mm
8 - Abstand Boden/Haken bei tiefster Position:	675-735 mm
9 - Abstand Boden/Haken bei höchster Position:	1735 - 1795 mm
10 - Außenmaß Höhe bei tiefster Position:	1350 mm
11 - Außenmaß Höhe bei höchster Position:	2040 mm
12 - Außenmaß Länge :	1360 mm
13 - Abstand Boden / Schiebebügel:	1100 mm

* ZAP: Point central de suspension



2.5. PRODUKTKENNZEICHNUNG

Das Typenschild ermöglicht:



- dem Kundendienst präzise alle nötigen Angaben durchgeben zu können (Produktbezeichnung und Seriennummer).
- die Rückverfolgbarkeit des Medizinproduktes zu garantieren.

Es enthält auch die Angabe der sicheren Arbeitslast.

Es sind 4 Etiketten angebracht : 1 auf dem Fahrgestell, 1 auf dem Motor, 1 auf der Kontrollbox und 1 auf der Handbedienung.

CE-KENNZEICHNUNG

Durch diese Kennzeichnung bestätigt die Firma HMS-VILGO, dass der Patientenlifter *Foldy* mit den europäischen Verordnungen 93/42 bezüglich medizinischer Geräte und 89/336 bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit übereinstimmt

3. MONTAGE DES FOLDY

3.1. LIEFERUMFANG

Folgende Teile sind im Karton vorhanden:

Der zusammengefaltete Patientenlifter *Foldy*:

:



1 Karton mit :



Kontrollbox (x1)



Fixierschrauben
CHC 6x80 (x2)



-Kant-Schlüssel
(x1)



Kabel-Sicherungs-Set
(x1)



Handbedienung
(x1)



Ladekabel
(x1)




Motor-Kabel
(x2)

MPFOHLENE KONTROLLEN

Patientenlifter entsprechen der Norm EN 10535, die es vorsieht, im Rahmen verschiedener Bedienungssituationen 11000 Arbeitszyklen durchführen zu können.

Um sicherstellen zu können dass der Patientenlifter der Norm, unseren Angaben und Empfehlungen entsprechend richtig genutzt wird, weisen wir Sie auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung hin. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Produkt in irgendeiner anderen Weise verwendet wird, wenn Änderungen vorgenommen werden, die vorgesehenen Zyklanzahl überschritten wird oder keine Originalersatzteile verwendet werden. Auf den Seiten 9 bis 12 finden Sie unsere Anweisungen zur Wartung und Instandhaltung der Patientenlifter von HMS-VILGO.



	Elément à contrôler	Contrôles à effectuer <i>Périodicité : au moins une fois par an et avant chaque mise en location.</i>	* A remplacer tous les 11 000 cycles
1	Verbindung Mast / Ausleger	- Abnutzung der Messingringe kontrollieren - Abnutzung des Befestigungsstift kontrollieren - Anwesenheit und korrektes Anbringen der Mutterschrauben kontrollieren	✓
2	Kontrollbox	- Not-Stopp-Funktion kontrollieren - das Aufladen der Batterien kontrollieren	
3	Verkabelung der elektrischen Teile	- alle Kabel kontrollieren (dürfen nie eingeklemmt sein und Risse aufweisen, Steckverbinder überprüfen, ...)	
4	Motor	- Funktion des Lastenhebens kontrollieren	✓
5	Verbindung Motor / Mast	- Abnutzung der Befestigungsschraube kontrollieren - Anwesenheit und korrektes Anbringen der Mutterschrauben kontrollieren	✓
6	FüÙe Elektromotor öffnen	- Funktion kontrollieren - Abnutzung der Befestigungsschraube und Schweißnähte des Befestigungsstellen kontrollieren	
7	hintere Räder	- Bremsfunktion kontrollieren - Befestigung der Laufrolle kontrollieren	
8	Verbindungsstück zw. den beiden Schenkel	- Abnutzung der Befestigung kontrollieren (Schraubenmutter + Messingringe)	✓
9	Verbindung Ausleger / Spreizbügel	- Anwesenheit und korrektes Anbringen der Mutterschrauben kontrollieren - Abnutzung der Befestigungsschraube kontrollieren - Schweißnähte des Befestigungsstellen kontrollieren	✓
10	Haken für Gurte	- Schweißnähte der 4 Haken kontrollieren	
11	Verbindung Motor / Ausleger	- Anwesenheit und Funktionieren des Clip-Stiftes kontrollieren	✓
12	Notabsenkung	- elektrische Absenkung kontrollieren (Kontrollbox) - mechanische Absenkung kontrollieren (Motor)	
13	Gurt	- Die Nähte überprüfen	
14	Verbindung Mast / Fahrgestell	- Abnutzung und korrektes Anbringen des Sicherungsstiftes kontrollieren - Schweißnähte kontrollieren - Abnutzung und Montage der Verbindung kontrollieren	✓

* Se reporter au tableau en page 12 pour déterminer la liste des pièces détachées nécessaires

EVALUATION DU NOMBRE DE CYCLES DE FONCTIONNEMENT DU LÈVE PERSONNE

Ce tableau permet de déterminer s'il est nécessaire de remplacer le vérin, les axes et pièces d'usure du lève personne, en fonction de sa date de mise en service et du nombre de cycles effectués par jour.

Vieillesse du soulève personne mesurée en années										
Nbre de cycles / jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	365	730	1095	1460	1825	2190	2555	2920	3285	3650
2	730	1460	2190	2920	3650	4380	5110	5840	6570	7300
3	1095	2190	3285	4380	5475	6570	7665	8760	9855	10950
4	1460	2920	4380	5840	7300	8760	10220	11680	13140	14600
5	1825	3650	5475	7300	9125	10950	12775	14600	16425	18250
6	2190	4380	6570	8760	10950	13140	15330	17520	19710	21900
7	2555	5110	7665	10220	12775	15330	17885	20440	22995	25550
8	2920	5840	8760	11680	14600	17520	20440	23360	26280	29200
9	3285	6570	9855	13140	16425	19710	22995	26280	29565	32850
10	3650	7300	10950	14600	18250	21900	25550	29200	32850	36500
11	4015	8030	12045	16060	20075	24090	28105	32120	36135	40150
12	4380	8760	13140	17520	21900	26280	30660	35040	39420	43800
13	4745	9490	14235	18980	23725	28470	33215	37960	42705	47450
14	5110	10220	15330	20440	25550	30660	35770	40880	45990	51100
15	5475	10950	16425	21900	27375	32850	38325	43800	49275	54750
16	5840	11680	17520	23360	29200	35040	40880	46720	52560	58400
17	6205	12410	18615	24820	31025	37230	43435	49640	55845	62050
18	6570	13140	19710	26280	32850	39420	45990	52560	59130	65700
19	6935	13870	20805	27740	34675	41610	48545	55480	62415	69350
20	7300	14600	21900	29200	36500	43800	51100	58400	65700	73000
21	7665	15330	22995	30660	38325	45990	53655	61320	68985	76650
22	8030	16060	24090	32120	40150	48180	56210	64240	72270	80300
23	8395	16790	25185	33580	41975	50370	58765	67160	75555	83950
24	8760	17520	26280	35040	43800	52560	61320	70080	78840	87600
25	9125	18250	27375	36500	45625	54750	63875	73000	82125	91250
26	9490	18980	28470	37960	47450	56940	66430	75920	85410	94900
27	9855	19710	29565	39420	49275	59130	68985	78840	88695	98550
28	10220	20440	30660	40880	51100	61320	71540	81760	91980	102200
29	10585	21170	31755	42340	52925	63510	74095	84680	95265	105850
30	10950	21900	32850	43800	54750	65700	76650	87600	98550	109500













Die regelmäßige, wöchentliche Nutzung und Wartung kann fortgesetzt werden.

Den Austausch des Motors, der Achsen und Verschleißteile vorsehen.


** Austausch des Motors, der Achsen u. Verschleißteile*

** s. S. 12 Liste der Zubehörteile*


LISTE DES PIÈCES DETACHÉES

Pièce	Désignation	Code article	Qtité	Emplacement	Remplacement à 11 000 cycles	
	Motor LA43 - 8000N	A501482	1	/	✓	
	Füße Elektromotor öffnen	A501471	1	/	✓	
	Kontrollbox CBJH1	A501361	1	/		
	Handbedienung Lifty5-6	A501463	1	/		
	Achse Ø12x91Zl+ergo 50M10 schwarz Stift Rohrsplinte	A001301 + A702036	1			
	Gelenkstift Mast/Fuß Foldy Ø 10 Lg 64+20	A501066	1	Verbindung Mast/Fahrgestelle	✓	
	Schraubenmutter Ø 8	A001004	2			
	Unterlegscheibe Ø 8 fine	A001062	2			
	Achse Ø10x67Zl+ergo 50M10 schwarz Stift Rohrsplinte	A001274 A702036 A001084	1 1 1	Verbindung Motor / Ausleger	✓	
		Schraube TH 12x70	A501250	1	Verbindung Ausleger / Spreizbügel	✓
		Schraubenmutter Ø12	A001080	1		
Unterlegscheibe Ø 12		A001088	2			
	Achse Spreizbügel D28 Lg 135 Lifty 4 Messingring Ø 28/22 LG 5	A501420 A501421	1 1	Verbindung Ausleger / Spreizbügel	✓	
	U Befestigung Spreizbügel	A501245	1			
	Schraube 12x70	A501250	1			
	Schraubenmutter Ø 12	A001080	1			
	Gelenkstift Mast/Fuß Foldy Ø 10 Lg 64+20	A001128	1	Verbindung Motor / Mast	✓	
	Schraubenmutter Ø 8	A001072	2			
	Unterlegscheibe Ø 8 fine	A001061	2			
	Platte untere motor					
	Schraubenmutter Ø 12	A501244 A001080	2 2			
	Schraube TH 12x80	A501251	2			
	Messingring Ø 40-14.2-e2	A501404	2	Verbindung Mast / Ausleger	✓	
	Gelenkstift Mast/Ausleger Lifty4 Ø14-M12-Lg91	A501402	1			
	Schraubenmutter Ø 12	A001080	2			
	Unterlegscheibe Ø 12	A001088	2			
	Platte Befestigung Mast / Ausleger	A501400	2			
	Schraube TH 12x80	A001080	2			
	Schraubenmutter Ø 12	A501251	2			
	Messingscheibe Ø 40/3.4 oder Messingscheibe Ø 40/3	A001066 A001089	4	Verbindung Mast / Fahrgestell	✓	
	Fassung für Fußpedal Foldy	A501114	1	/	✓	


3.2. MONTAGE DU FOLDY





1/ Die Rohrsplinte entriegeln
2/ Die Achse entfernen, Mast und Ausleger



3-4 / Die Achse einführen und mit der Rohrsplinte verriegeln



5/ Die Rohrsplinte, die den Spreizbügel hält, entfernen und den Ausleger aufrichten
6/ Den Motorkopf am Ausleger befestigen und die Rohrsplinte schließen



7-8 / Kontrollbox mit den 2 Fixierschrauben (CHC 6X80) am Mast fixieren.
10 / Die Handbedienung anschließen
11 / Den Motors anschließen (s. Kapitel. 3.3).

Ihr Patientenlifter ist jetzt betriebsbereit.

3.3. ANSCHLÜSSE

3.3.1 Motorkabel anschliessen/verriegeln



1/ Ziehen Sie die Verschlussklemme.



2/ Kabel einstecken.
Mit etwas Druck rastet der Stecker ein.




3/ Drücken Sie den Verschlussklemme bis zum Anschlag.

3.3.2 Kabel-Sicherungs-Set



1/ Verschlusskappe nach anschliessen des Motors und Handbedienungs-Kabel einstecken.



2/ Sicherungs- Vorrichtung aufschieben. Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung legen.



3/ Sicherungs- Vorrichtung mit Schraubenzieher festschrauben.

4. BEDIENUNG DES PATIENTENLIFTERS


4.1. INBETRIEBNAHME

Der *Foldy* wird mit einer geladenen Batterie geliefert und ist somit sofort betriebsbereit. Überprüfen Sie jedoch, dass der Patientenlifter gemäß Kapitel 3 richtig montiert wurde und nehmen Sie einen Testhub vor, um sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut zu machen.

4.2. BEDIENUNG DES FOLDY

4.2.1 Anbringen des Gurtes

Hinweis: Ihr Gurt hat mehrere Einstellungspositionen. Das Bedienungspersonal ist für die richtigen Einstellungen der verschiedenen Teile verantwortlich, damit der Patient weder verletzt noch aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann.



- 1/ Das Rückenteil des Gurtes (breiter Teil) hinter dem Patienten am Rücken so anbringen, dass die Schlaufen A und B beidseitig sichtbar sind.
- 2/ Jede Schlaufe am Spreizbügel befestigen (A1 und B2 – Schlaufe A in Haken 1 und Schlaufe B in Haken 2).
- 3/ Das rechte Bein des Patienten leicht anheben und die rechte Schenkelunterlage durchziehen.
- 4/ Das linke Bein des Patienten leicht anheben und die linke Schenkelunterlage durchziehen.
- 5/ Die zwei Schenkelunterlagen kreuzen.
- 6/ Jede Schlaufe am Spreizbügel befestigen (C in Haken 3 und D in Haken 4).

→ Die unterschiedlichen Befestigungspunkte ermöglichen die Neigung des Patienten einzustellen. Achten Sie darauf die Schlaufen A und B am selben Niveau anzubringen (gleiche Farbe). Ebenso müssen die Schlaufen C und D am selben Niveau angebracht werden.

Wichtige Hinweise:

- Dieser Gurt wurde zur Benutzung der Patientenlifter der Marke HMS-VILGO entworfen.
- Halten Sie dieselben Einstellungen der rechten und linken Schlaufen ein (Farbencode).
- Niemals die Einstellungen ändern, wenn der Patient bereits angehoben wurde.
- Vor dem Anheben, immer die richtige Befestigung am Spreizbügel überprüfen
- Niemals die zugelassene Höchstlast überschreiten.
- Nur die im Katalog von HMS-VILGO aufgeführten Gurte verwenden.

4.2.2 Patiententransfer


1 Den **Foldy** so vorfahren, dass sich der Spreizbügel über dem Patienten befindet. (Je nach den Räumlichkeiten, die seitlichen Schenkel schließen oder öffnen, um so nah wie möglich an den Patienten zu fahren)

2/ Die Bremsen feststellen
3/ Den Gurt anbringen



4/ Den **Foldy** so vorfahren, dass sich der Spreizbügel über dem Patienten befindet. (Je nach den Räumlichkeiten, die seitlichen Schenkel schließen oder öffnen, um so nah wie möglich an den Patienten zu fahren)

2/ Die Bremsen feststellen
3/ Den Gurt anbringen



4.3. SICHERHEIT

Schutz vor Quetschungs-/Einklemmungsgefahr: der Motor des *Foldy* funktioniert mit einfacher Hubkraft. Das Absenken des Auslegers wird durch auftretende Hindernisse gestoppt.

Nothalt: Der *Foldy* ist mit einem Not-Stopp-System ausgestattet, das sich auf der Kontrollbox befindet. Ein Drücken auf den Not-Stopp-Knopf stoppt die Funktionen des Anhebens und Absenkens. Durch ein erneutes Drücken auf den Knopf kann der Not-Stopp-Knopf wieder gelöst werden.



Elektrische Sicherheit: Ist der *Foldy* zum Batterieaufladen am Stromnetz angeschlossen, sind die Funktionen des Anhebens und Absenkens gesperrt.

Kontrollleuchte: Die Kontrollleuchte leuchtet rot auf, wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist.

Notabsenkung: (Sie soll nur angewandt werden, wenn das Handbedienteil nicht funktioniert und der Patient sich in gehobener Position befindet) Der *Foldy* ist mit zwei Notabsenkungssystemen ausgestattet, die es ermöglichen die Motorstange herabzusetzen.

1/ Elektrisches Absenken des Motors

Drücken Sie auf den blauen Knopf, der sich unter dem Not-Stopp-Knopf befindet. Diese Funktion kann angewandt werden, wenn das Handbedienteil nicht funktioniert.



2/ Mechanisches Absenken des Motors

Den grauen Ring unterhalb des Schraubenwindenstammes im Uhrzeigersinn drehen. Diese Funktion kann bei elektrischen Störungen angewandt werden.



Bei einer Notabsenkung muss eine weitere Person anwesend sein, die sich während des Vorgangs um den Patienten kümmert.

4.4. KONTROLLBOXBETRIEB, AUFLADEN DER BATTERIEN :

Ist der Ladestand der Batterien niedrig, leuchtet bei jeder Betätigung eine rote Kontrollleuchte auf. Das Aufladen der Batterien sollte vorgenommen werden.

Die Kontrollbox des *Foldy* enthält ein eingebautes Batterieladegerät. Um die Batterien aufzuladen genügt es, das Ladekabel der Kontrollbox in eine Netzsteckdose zu stecken.




Der *Foldy* muß für Frankreich an einem Stromnetz angeschlossen werden entsprechend den Normen NFC 15-100 et NFC 15-211 (230V-Steckdose + Erdung) und für andere Länder entsprechend den Normen CEI 364.

Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Stromspannung der Kontrollbox (s. Etikettenaufdruck) mit der im Gebäude vorhandenen Stromspannung.

Es wird empfohlen, das Gerät an eine Strominstallation anzuschließen, die durch einen FI-Schutzschalter von maxi. 30 mA geschützt ist gemäß der Verordnung CEI 364-5-53.

. Achtung, für das Aufladen der Batterien muß man sich auf die Position ON stellen (der Not-Stopp-Knopf darf nicht aktiviert sein)

. Das Aufladen der Batterien dauert ca. 15 Stunden. Das gelbe Licht blinkt während des Ladevorganges. Sind die Batterien vollständig geladen, leuchtet das gelbe Licht dauerhaft.



Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, sollten sie jeden Abend aufgeladen werden und mindestens einmal pro Monat bei anhaltender Nichtbenutzung

4.5. BEDINGUNGEN FÜR LAGERUNG UND BENUTZUNG:

Der Patientenhifter muß in einem trockenen, temperierten Raum gelagert werden (zwischen 5° und 40°). Wird der Patientenhifter für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte er vorher vollständig aufgeladen werden. Bei der Benutzung und dem Aufbewahren des Patientenhifters müssen Stöße, Stürze und Sachbeschädigungen vermieden werden.

Le Foldy possède 3 galets permettant son stockage à la verticale.

5. WARTUNG UND PFLEGE

5.1 WÖCHENTLICHE WARTUNG

Gurt

Sichtinspektion der Gurtnähte: beim geringsten Anzeichen vom Reißen einer Naht, muss der Gurt sofort ausgetauscht werden.

Elektrische Funktionen

Den Not-Stopp-Knopf während des Anhebens und Absenkens testen.

Sichtinspektion der Ummantelung der elektrischen Kabel.

Prüfen Sie den Schutz vor Quetschungsgefahr, indem Sie während des Absenkens des Auslegers einen Gegenstand als Hindernis legen.

Fahrgestell

Die Bremsen an den hinteren Laufrollen überprüfen.

Sichtinspektion der allgemeinen Geometrie des *Foldy* (keine verzogene Bauteile).

Überprüfen Sie, dass auf ebenem Boden alle 4 Räder richtig aufliegen.

Es darf zwischen dem Mast und dem Ausleger keinen Spielraum geben.

Reinigung des Gurtes

 waschmaschinenfest bei 30°C -  keine Trockenreinigung -  nicht bügeln

Reinigung des Foldy

Vor jeder Reinigung des *Foldy* den Stecker ziehen und die Kontrollbox abnehmen.

Folgendes Reinigungsprotokoll beachten:

1- Ein sauberes Vlies mit einem geeigneten Desinfektionsmittel imprägnieren (z.B. von ANIOS DETERGENT DESINFECTANT oder einem gleichwertigen Produkt).

Dabei die angegebene Dosierung beachten.

2- Alle Oberflächen mit dem imprägnierten Vlies reinigen.

3- Sorgfältig trocknen.

ACHTUNG:

- kein «wasserreiches» Waschen u. Spülen
- keine Wasserhochdruckpistolen verwenden

Folgende Mittel niemals verwenden:

- reiner Alkohol
- Azeton
- Perchlorethylene und Trichlorethylene
- Lösungsmittel oder Reinigungspulver
- Scheuermittel
- jegliche Art von Wachs

5.2 JÄHRLICHE WARTUNG

Dieses Medizinprodukt sollte unbedingt einmal pro Jahr komplett überprüft werden.

Dafür finden Sie im abtrennbaren Mittelteil auf den Seiten 9 bis 12 die Auflistung der zu kontrollierenden Punkte sowie eine Wartungstabelle, in die Sie die vorgenommenen Wartungsarbeiten eintragen können.

5.3 LEBENSDAUER

Bei normaler Nutzung und Wartung beträgt die Lebensdauer des *Foldy* 5 Jahre.

5.4 GARANTIE

Ihr Patientenlifter *Foldy* hat eine Seriennummer. Diese Nummer steht auf dem Fahrgestell und jedem elektrischen Teil.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das defekte Teil, versehen mit dem Etikett der Seriennummer, Ihrem Händler übergeben, der mit uns Kontakt aufnimmt.

Die vertragsmäßige Garantie dieses Produktes beträgt 5 Jahre für die mechanischen und elektrischen Teile. (Außer Batterien : 1 Jahre).

NUR DIE MIT DEM ETIKETT DER SERIENNUMMER VERSEHENEN TEILE KÖNNEN UNTER GARANTIE GENOMMEN WERDEN.

Pannen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder durch die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Bestimmungen und Vorsichtsmaßen entstanden sind, fallen nicht unter Garantie (Schläge auf das Aufladegerät, durchgetrennte Kabel, ...).

Falls an dem Patientenlifter Änderungen vorgenommen oder Ersatzteile nicht original ausgetauscht wurden, fallen die dadurch entstandenen Pannen und Funktionsstörungen nicht unter Garantie.

5.5 ENTSORGUNG

Die Abfallentsorgung hat je nach Art des Materials (elektrische Teile, Stahl- und Kunststoffteile, Batterien) gemäß den gesetzlichen Regelungen zu erfolgen. Lassen Sie defekte Teile durch ein offizielles Abfallentsorgungsunternehmen recyceln.

FOLDY

Cachet distributeur


HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Site de Lille : Parc Eurasanté – 243 Rue Allendé
59120 LOOS LEZ LILLE
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50 – Fax : + 33 (0)3 20 59 58 08

Site de Bergerac : Rte de Sainte Alvère - Creysse BP 212
24102 BERGERAC Cedex
Tel. : +33 (0)5 53 74 45 50 – Fax : +33 (0)5 53 63 06 07